

平成 30 年 3 月吉日

お客様各位

リヴァノヴァ株式会社
マーケティング部

インスパイア HVR 添付文書変更のご案内

謹啓 時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。弊社より販売しておりますインスパイア HVR の添付文書を、下記の通り変更いたしますのでお知らせします。ご不明な点がございましたら、弊社営業担当者までお問い合わせください。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

- 変更内容： 吸引ポートタレット部に使用する潤滑剤を変更しました。その他記載整備を行いました。本変更は、製品の仕様、有効性、安全性に影響はありません。
- 対象製品：

製品番号	製品名	販売名	医療機器承認（認証）番号
050713J	インスパイア 6	インスパイア	22600BZI00011000
050715J	インスパイア 6F		
050717J	インスパイア 6 DUAL		
050719J	インスパイア 6F DUAL		
050714J	インスパイア 8		
050716J	インスパイア 8F		
050704J	インスパイア HVR	インスパイア HVR	225AABZI00224000
050705J	インスパイア HVR DUAL		

注： リザーバー一体型インスパイアには、インスパイア人工肺とインスパイア HVR の添付文書が添付されています。

- 変更時期：2018 年 3 月以降、順次行います。
- お問い合わせ：
ご不明な点等ございましたら、弊社担当営業もしくはお客様専用電話番号/メールまでお問い合わせ願います。
お客様お問合せ番号：0120-043-911 お客様お問合せ専用メール：otoiawase.jp@livanova.com

以上