

2018年12月17日

お客様各位

リヴァノヴァ株式会社
CP 事業部 マーケティング部

自己血回収装置『エクストラ』専用ディスポーザブルセットの一部パーツの変更と梱包形態変更のお知らせとお詫び

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さてこの度、自己血回収装置『エクストラ』専用ディスポーザブルセットの一部パーツの変更と梱包形態が下記の通り変更になり、既に一部出荷されていることが判明いたしました。

ご案内が遅れましたこと、心よりお詫び申し上げます。尚、製品としての品質には一切問題はございません。

ご不明な点がございましたら、下記、問い合わせ先までご連絡ください。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 変更点：

変更内容	旧タイプ	新タイプ
① 返血クランプ及び 洗浄クランプの変更 (色が白いタイプのものとなります) ※一部クランプが従来品と混在する場合がありますが、製品上問題ございません		
② ボウルの傷防止 ブランケットの採用 ※包装時及び取り出し時にボウル側面の傷を防止する為の保護ブランケットです		

LivaNova Japan K.K.

Sanno Park Tower 10F
2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6110 Japan
TEL: +81.(0)3.3595.7630 FAX: +81.(0)3.3595.7631
www.livanova.com
www.livanova.co.jp

リヴァノヴァ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー 10F
TEL: 03-3595-7630 FAX: 03-3595-7631
www.livanova.com
www.livanova.co.jp

FY18-0030

- 変更時期：上記①、②共に Lot の関係上 11 月中旬頃より随時出荷されております

- 対象製品

販売名：エクストラ ディスポーザブルセット（医療機器認証番号：223AABZI00148000）

製品番号	製 品 名	規 格	EAN コード
04254J	ウォッシュセット TX/55	55mL	8033178111478
04255J	ウォッシュセット TX/125	125mL	8033178111485
04256J	ウォッシュセット TX/175	175mL	8033178111492
04257J	ウォッシュセット TX/225	225mL	8033178111508
04250J	ホウルセット X/55	55mL	8033178111430
04251J	ホウルセット X/125	125mL	8033178111447
04252J	ホウルセット X/175	175mL	8033178111454
04253J	ホウルセット X/225	225mL	8033178111461
04137JX	術者側回路	1/4"	8033178112116

- お問い合わせ先

ご不明な点等ございましたら、弊社担当営業、又はお客様専用電話番号/メールまでお問合せ願います。

お客様問合せ番号：0120-034-911 お客様問合せ専用メール：otoiawase.jp@livanova.com

以上