

2019 年 1 月 8 日

お客様各位

リヴァノヴァ株式会社
マーケティング部

レボリューションポンプのポートキャップ変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は弊社製品に格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社より販売しておりますレボリューションポンプのポートキャップを、下記の通り変更いたしますのでお知らせいたします。

ご不明な点等ございましたら、弊社営業担当者または下記のお問合せ先までお問合わせ下さい。

今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対 象 製 品

製品名：レボリューションポンプ・フィジオ 製品番号：050300700J

(販売名：レボリューションポンプ 医療機器承認番号：21600BZG00021000)

■ 変 更 内 容 紫色キャップを青色のキャップに変更します

従来製品（キャップ変更前）	変更品（キャップ変更後）
	

■ 変 更 時 期 2018 年 12 月製造分より

■ お問合せ先 お問合せ番号：0120-034-911 お問合せ専用メール：otoiawase.jp@livanova.com

以上

LivaNova Japan K.K.

Sanno Park Tower 10F
2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6110 Japan
TEL: +81.(0)3.3595.7630 FAX: +81.(0)3.3595.7631
www.livanova.com
www.livanova.co.jp

リヴァノヴァ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町 2 丁目 11 番 1 号
山王パークタワー 10F
TEL: 03-3595-7630 FAX: 03-3595-7631
www.livanova.com
www.livanova.co.jp

FY19-0032