

2015年11月吉日

お客様各位

ソーリン・グループ株式会社
ビジネス・マネージメント本部
マーケティング部長
川原 政男

エクストラ ディスポーザブルセット製品変更のご案内

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社が販売している自己血回収装置エクストラの下記のディスポーザブルセットに含まれている製品の一部が変更になりましたのでご案内申し上げます。今回の変更はお客様よりいただいた声をもとに取組んだ製品変更になります。この変更によって販売名、製品、機能及び性能について一切の変更はございません。

今後もより質の高いサービス及び製品をご提供できるよう、一層の努力を行っていく所存でございますので何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対象製品

術中術後自己血回収セット(エクストラ用) 販売名:エクストラ ディスポーザブルセット

製品番号	製品名	規格	医療機器認証番号
04254J	ウォッシュセット TX/55	55mL	223AABZI00148000
04255J	ウォッシュセット TX/125	125mL	
04256J	ウォッシュセット TX/175	175mL	
04257J	ウォッシュセット TX/225	225mL	
04266J	回収セット TX	上部充填ポート	
04267J	回収セット BX	下部充填ポート	
04137JX	術者側回路	1/4"	

Sorin Group Japan K.K.

Sanno Park Tower 10F
2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6110 Japan
TEL: +81.(0)3.3595.7630 FAX: +81.(0)3.3595.7631
www.livanova.com
www.livanova.sorin.co.jp

ソーリン・グループ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー 10F
TEL: 03-3595-7630 FA X: 03-3595-7631
www.livanova.com
www.livanova.sorin.co.jp

■ 主な製品変更内容

- 術者側回路ラインの原材料変更
- 回収ポートキャップのカラー変更(赤→オレンジ) ※リザーバー上部の回収ポートキャップと同色に変更
- 術野側回路 1/4 吸引コネクターの接続部デザイン変更
- 抗凝固ライン ローラーランプのデザイン及びカラー変更

■術者側回路: 既存製品



■術者側回路: 変更製品



■ 変更品出荷予定時期

2015年11月上旬予定

※2015年8月製造分より順次適応

■ お問い合わせ先

ご不明な点等ございましたら、弊社担当営業、もしくはお客様専用電話番号/メールまでお問合せ願います。

お客様問合せ番号: 0120-034-911 お客様問合せ専用メール: otoiawase.jp@livanova.com

※ソーリン・グループは2015年10月19日の合併に伴い、新ロゴ名をLivaNovaに変更しています。

以上

Sorin Group Japan K.K.

Sanno Park Tower 10F
2-11-1, Nagatacho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6110 Japan
TEL: +81.(0)3.3595.7630 FAX: +81.(0)3.3595.7631
www.livanova.com
www.livanova.sorin.co.jp

ソーリン・グループ株式会社

〒100-6110 東京都千代田区永田町2丁目11番1号
山王パークタワー 10F
TEL: 03-3595-7630 FA X: 03-3595-7631
www.livanova.com
www.livanova.sorin.co.jp